

ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR)
จัดซื้อชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัลพร้อม
ระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ ครั้งที่ 3 จำนวน 1 ชุด
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

1. ชื่อรายการ ชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด

2. ความเป็นมา

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ได้รับแจ้งอนุมัติแผนรายการงบประมาณทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ได้แจ้งอนุมัติแผนรายการฯ ครุภัณฑ์การแพทย์ รายการชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ จำนวนเงิน 850,000.00 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อใช้อ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล พร้อมจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพดังกล่าว เพื่อทดแทนระบบเก่าซึ่งใช้ฟิล์มและน้ำยาล้างฟิล์ม

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

4.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ตามรายละเอียดแบบ จำนวน 3 แผ่น)

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม - เมษายน 2561

6. ระยะเวลาการส่งมอบของหรืองาน

กำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา

งบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติงบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 วงเงินทั้งสิ้น 850,000.-บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. ราคาากลาง

ราคาากลางในการจัดซื้อ เป็นเงิน 860,000.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

9. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

- ทางไปรษณีย์ ส่งถึง กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

210 หมู่ 11 ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 48000

- ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์

jvnkp@dmh.mail.go.th

- ทางโทรศัพท์ 0 4253 9012 โทรสาร 0 4253 9001

- ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ www.jvnkp.net

- ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายโกศล วราอัศวปติ)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา บุตรภักดี)

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอัครเดช บรรจง)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์
ครั้งที่ ๓

โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต

คุณสมบัติทั่วไป

- ชุดเครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลงเป็นระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด
- ระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน ๑ ชุด
- ชุดคอมพิวเตอร์เรียกดูภาพ จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติทางเทคนิค

๑. เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นข้อมูลในระบบดิจิทัลชนิดเข้าออกทางเดี่ยว(Single Slot)

- ๑.๑ สามารถอ่านภาพเอกซเรย์จากแผ่นบันทึกภาพที่บรรจุอยู่ในคาสเซตสำหรับการเอกซเรย์ทั่วไป แล้วแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล
- ๑.๒ ข้อมูลดิจิทัลที่ได้มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า ๑๒ Bit
- ๑.๓ สามารถวางคาสเซตเพื่ออ่านได้ครั้งละ ๑ แผ่น
- ๑.๔ สามารถอ่านคาสเซต ขนาด ๑๔x๑๗ นิ้ว ได้ไม่ต่ำกว่า ๔๕ แผ่น/ชั่วโมง
- ๑.๕ สามารถรองรับการอ่านคาสเซตได้ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด ได้แก่ ๘x๑๐ นิ้ว, ๑๐x๑๒ นิ้ว และ ๑๔x๑๗ นิ้ว

๒. คาสเซตและแผ่นบันทึกภาพ ขนาดต่างๆ ดังนี้

- ๒.๑ ขนาด ๑๐x๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๒ ขนาด ๑๔x๑๗ นิ้ว จำนวน ๒ ชุด

๓. ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุมการทำงานและจัดเก็บภาพทางการแพทย์ (Server & Operation Console)

- ๓.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ ๖ แกนหลัก หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๒.๐ GHz หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
- ๓.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR๓ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๘ GB
- ๓.๓ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB จำนวน ๔ หน่วย
- ๓.๔ จอภาพสี LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๗ นิ้ว
- ๓.๕ มีแป้นพิมพ์และเมาส์

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายโกศล วราอัฐปติ)

(นายปรีชา บุตรภักดี)

(นายอัครเดช บรรจง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์




- ๓.๖ มีเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ kVA
 - ๓.๖.๑ มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า ๒kVA (๑,๒๐๐ watts)
 - ๓.๖.๒ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ +/- ๒๐%
 - ๓.๖.๓ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ +/- ๑๐%
 - ๓.๖.๔ สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที
- ๓.๗ สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID ๐,๑,๕

๔. ระบบประมวลผลภาพหรือระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์

- ๔.๑ สามารถเชื่อมโยงและรับภาพจากอุปกรณ์หรือเครื่องมืออื่นๆ โดยใช้มาตรฐาน DICOM ๓.๐ format หรือดีกว่า
- ๔.๒ มีซอฟต์แวร์ DICOM Storage , DICOM Print และ DICOM Worklist Service Module สำหรับบริหารข้อมูลในระบบ DICOM
- ๔.๓ สามารถรับรายชื่อผู้ป่วยจากระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ กรณีที่มีการเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล
- ๔.๔ สามารถเชื่อมต่อบริการฐานข้อมูลของทางโรงพยาบาลได้
- ๔.๕ มีซอฟต์แวร์ Procedure Mapping โดยสามารถเชื่อมต่อกับ Order ของโรงพยาบาลได้
- ๔.๖ มีซอฟต์แวร์ Enhanced Visualization Automatic Image Processing
- ๔.๗ มีซอฟต์แวร์ลบรอย Grid ออกจากภาพ (Grid Detection and Suppression)
- ๔.๘ สามารถแสดงค่าระดับปริมาณรังสีแบบ Exit Dose ที่แสดงในรูปของ Exposure Index ได้
- ๔.๙ สามารถบันทึกสาเหตุของภาพที่ถ่ายเสียเพื่อเก็บเป็นสถิติฟิล์มเสียได้ (Reject Reason Analysis)
- ๔.๑๐ มีซอฟต์แวร์เรียกดูภาพทางการแพทย์ผ่านระบบเว็บโดยมีลิขสิทธิ์ในการใช้งานพร้อมกันโดยรวมไม่น้อยกว่า ๔ concurrence licenses
- ๔.๑๑ สามารถเรียกดูภาพได้จากโทรศัพท์มือถือ
- ๔.๑๒ สามารถประมวลผลภาพได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้ ปรับ Contrast/Brightness, Zoom, Free Rotate, Flip, Measurement และ Annotation
- ๔.๑๓ สามารถแบ่ง Layout ในการแสดงภาพได้
- ๔.๑๔ สามารถบันทึกภาพผู้ป่วยลงแผ่นซีดี พร้อมซอฟต์แวร์ในการเปิดและปรับภาพ (Patient CD)
- ๔.๑๕ สามารถพิมพ์รายงานการวินิจฉัย (Clinical Report) และพิมพ์ลงบนกระดาษได้

๕. ชุดคอมพิวเตอร์เรียกดูภาพ

- ๕.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๒ แกนหลัก (๒ core) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า ๓.๓ GHZ หรือดีกว่า
- ๕.๒ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๓ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔ GB
- ๕.๓ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB
- ๕.๔ มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว
- ๕.๕ มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- ๕.๖ มีเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ

(นายโกศล วราอัศวปติ)

(นายปรีชา บุตรภักดี)

(นายอัครเดช บรรจง)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๖.๑ ผู้เสนอราคาต้องแนบ Catalog ที่ระบุรายละเอียด เพื่อประกอบการพิจารณาและต้องทำ
เครื่องหมายและลงหมายเลขข้อให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อกำหนดของโรงพยาบาล

๖.๒ ระยะเวลารับประกันอย่างน้อย ๑ ปี




๖.๓ ผู้ขายจะต้องทำการตรวจเช็คเครื่องและระบบเป็นประจำทุก ๆ ๔ เดือน (ปีละ ๓ ครั้ง)


๖.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองว่ามีวิศวกรที่ได้รับการอบรมการติดตั้งและซ่อมเครื่องรุ่นที่เสนอ

๖.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยได้รับแต่งตั้งโดยตรงจาก
บริษัทผู้ผลิต

๖.๖ ผู้ขายจะต้องอบรมหรือสาธิตวิธีการใช้งานและการซ่อมบำรุงเครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้และ
ช่างโรงพยาบาลฯ จนกว่าจะสามารถใช้งานระบบได้สมบูรณ์

๖.๗ ผู้ขายต้องให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบคุณภาพ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายโกศล วราอัศวปติ) (นายปรีชา บุตรภักดี) (นายอัครเดช บรรจง)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่งานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ..........ผู้รับรองรายละเอียด
(นายปรีชา งามสำโรง)
นายแพทย์เชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต